

Утверждаю:
 первый заместитель директора –
 главный инженер
 _____ И.В. Тавлуй

Опросный лист
Устройство для быстрой сушки посуды TAGLER УСП-40

Код подгруппы		№ опросного листа	
Код МТР в SAP R3			Заказчика
Заказчик	Саратовский Филиал ПАО НК «РуссНефть»		
Кол-во МТР по опросному листу	1		

Технические характеристики:

Температура выходящего потока воздуха, °С	в режиме «ПЛАСТИК»: 50 ±5 в режиме «СТЕКЛО»: 76 ±5
Количество штырей, шт.	40
Дискретность установки таймера, мин.	5
Дискретность индикации отсчёта времени, мин.	1
Максимальное время установки таймера, мин.	90
Максимальная потребляемая мощность, Вт	1500
Напряжение питания, В	220 ±20
Номинальная частота, Гц	50 ±2
Габаритные размеры (ШхГхВ), мм	601×230×600
Масса, кг	15

Комплект необходимой документации: паспорт; руководство по эксплуатации

Ф.И.О. Ответственного	Столбова М.И.
Должность	Начальник ХАЛ
Телефон/факс	т.(8452) 393-394
Электронный адрес (личный или организации)	E-mail: StolbovaMSH@russneft.ru
Подпись, печать	