

Утверждаю:  
первый заместитель  
директора - главный инженер

  
И.В. Тавлуй

Опросный лист

Колбонагреватель Labtex LT-500

Код подгруппы	
Код МТР в SAP R3	
Заказчик	Саратовский филиал ПАО НК «РуссНефть»
Кол-во МТР по опросному листу	2

№ опросного листа	
	Заказчика

Технические характеристики

Модель	LT-500
Объем колбы	500 мл
Мощность	250 Вт
Температура нагрева	от +20° С до +380° С
Регулировка нагрева	Плавная
Напряжение питания	220 В, 50 Гц

Комплектация: Вся техническая документация: Паспорт, руководство по эксплуатации

Ф.И.О. Ответственного	Столбова М.Ш.
Должность	Начальник ХАЛ
Телефон/факс	ДТ. (8452) 393-594
Электронный адрес (личный или организации)	E- mail/ StolbovaMSh@russneft.ru
Подпись, печать	 